



Merkblatt kieferorthopädische Notfälle

Bitte informieren Sie uns umgehend bei allen Problemen mit Ihrer kieferorthopädischen Apparatur.

T 071 222 23 62 | info@smile-therapie.ch | www.smile-therapie.ch

Können Sie das Problem nicht selber lösen, können Sie Ihren Privatzahnarzt oder den Notfallzahnarzt Ihrer Region kontaktieren: die Telefonnummern finden Sie auf www.zgsg.ch Rubrik Notfall.

Bitte seien Sie vorsichtig, wenn Sie selber mit Zangen Drähte kürzen, Verletzungsgefahr!

Bracket oder Band lose	Bracket oder Band (Metallring) vom Zahn gelöst, hängt am Bogen: belassen. Nehmen Sie Kontakt mit uns auf. Band locker, nehmen Sie Kontakt mit uns auf. Band / Bracket ganz gelöst, vorsichtig entfernen, nehmen Sie Kontakt mit uns auf. Bringen Sie das Band / Bracket zur Kontrolle mit.
Gelöster Bogen	Bogen mit einer Pinzette wieder in das Bracket / Band einfügen / Bogen ev. mit einer Zange kürzen, Ende mit Wachs verkleben. Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Störende Bogenenden	Bogenende mit Löffelstiel oder Bleistift andrücken / zurückschieben, Ende mit Schutzwachs oder zuckerfreiem Kaugummi abdecken. Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Schmerzen / Druckgefühl	Neue Apparatur / neuer Bogen: vorübergehendes Druckgefühl normal. Nehmen Sie zum Schlafen eine Schmerztablette.
wunde Stellen	Kamillosan Spülung / Wundpaste aus Apotheke. Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Herausnehmbare Zahnspange drückt / frakturiert / verloren	Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Haltedraht (Retainer) gebrochen, Halteplatte / Halteschiene passt nicht oder verloren	Nehmen Sie sobald wie möglich Kontakt mit uns auf.

 <p>Invisalign Schiene verloren</p>	<p>Wenn Sie die Schiene weniger als 1 Woche getragen haben, gehen Sie eine Schienenummer zurück. Nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf, wir bestellen Ihnen die verlorene Schiene nach.</p> <p>Wenn Sie die Schiene länger als 1 Woche getragen haben, versuchen Sie die nächste Schiene einzusetzen. Bitte nehmen Sie Kontakt mit uns auf.</p>
<p>Invisalign Schiene gebrochen / eingerissen / durchgebissen</p>	<p>Bitte tragen Sie die Schienen weiter, nehmen Sie umgehend Kontakt mit uns auf.</p>
<p>Invisalign Schiene passt nicht</p>	<p>Bitte tragen Sie die Schiene weiter, wechseln Sie nicht auf die nächsten Schienen. Vereinbaren Sie einen Kontrolltermin und nehmen Sie alle Schienen mit.</p>
 <p>Orthopulse Gerät funktioniert nicht</p>	<p>Blinkt gelb = Akku leer, Gerät bitte aufladen</p> <p>Blinkt rot = Error, versuchen Sie einen Neustart (Reset): Gerät 3x in die Ladebox legen und wieder herausnehmen. Wenn der Reset nicht funktioniert, kontaktieren Sie bitte support@orthopulse.com und geben Sie Ihre Kontaktdaten und die Gerätenummer auf der Rückseite an. Nehmen Sie bitte auch Kontakt mit uns auf.</p> <p>Nehmen Sie das Orthopulse Gerät jeweils zu den Kontrollterminen in der Box mit.</p> <p>Informationen zu Orthopulse FAQ finden Sie auf www.orthopulse.com</p>